



OŚRODEK BADAŃ PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW I WDROŻEŃ
 OCHRONY ŚRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII "OIKOS" SP. Z O.O.
 LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH

ul. Powstańców Śląskich 8
 55-010 Święta Katarzyna

Tel: 71 311 43 04
 Tel: 71 311 43 06
 Tel: 71 311 66 18

sekretariat@oikoslab.pl
<http://www.oikoslab.pl/>



AB 934

Kapitał Zakładowy: 100 000,00 zł	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej	
NIP: 898-001-41-32	REGON: 008374467	KRS: 0000074393

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI LABORATORYJNEJ

OŚRODKA BADAŃ PODSTAWOWYCH PROJEKTÓW I WDROŻEŃ OCHRONY ŚRODOWISKA I
 BIOTECHNOLOGII
 „OIKOS” SP. Z O.O.

LABORATORIUM BADAŃ ŚRODOWISKOWYCH

ul. Powstańców Śląskich 8
 55-010 Święta Katarzyna

Zamieszczone w niniejszym dokumencie badania spełniają wymagania normy
 PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy – powietrze	Pobieranie próbek do oceny narażenia zawodowego na: - pyły przemysłowe – frakcja wdychalna – frakcja respirabilna - metale i ich związki, w tym – frakcja wdychalna – frakcja respirabilna - substancje organiczne, w tym – frakcja wdychalna - substancje nieorganiczne, w tym – frakcja wdychalna – frakcja respirabilna – frakcja torakalna Metoda stacjonarna Metoda indywidualna	PN-Z-04008-7:2002+Az1:2004
	Wskaźnik narażenia (z obliczeń)	PN-Z-04008-7:2002 PN-Z-04202-02:1988
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane na filtry	Stężenie / zawartość tlenków żelaza - w przeliczeniu na Fe tlenek żelaza (III), tlenek żelaza (II), tetratlenek trżelaza - frakcja respirabilna Zakres: (0,0789 – 227) mg/m ³ (0,0625 – 7,5) mg w próbce - frakcja wdychalna Zakres: (0,0868 – 250) mg/m ³ (0,0625 – 7,5) mg w próbce Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-Z-04469:2015-10 IB-123 wydanie nr 2 z dnia 22.11.2019 r.
	Stężenie / zawartość manganu i jego związków nieorganicznych - w przeliczeniu na Mn – frakcja wdychalna Zakres: (0,011 – 0,78) mg/m ³ (0,008 – 0,280) mg w próbce – frakcja respirabilna Zakres: (0,00316 – 0,22) mg/m ³ (0,0025 – 0,0875) mg w próbce Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-Z-04472:2015-10+Ap1:2015-12

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane na filtry	Stężenie / zawartość miedzi i jej związków nieorganicznych - w przeliczeniu na Cu Zakres: (0,007 – 6,25) mg/m ³ (0,005 – 4,5) mg w próbce Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-Z-04106-3:2002
	Stężenie / zawartość niklu i jego związków, z wyjątkiem tetrakarbonylniku niklu - w przeliczeniu na Ni Zakres: (0,0139 – 0,694) mg/m ³ (0,01 – 0,5) mg w próbce Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-Z-04502:2019-10
	Stężenie / zawartość tlenku cynku - w przeliczeniu na Zn – frakcja wdychalna Zakres: (0,139 – 333,3) mg/m ³ (0,1– 10) mg w próbce Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-87/Z-04100.03 Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2007, nr 4(54), s. 69-78
	Stężenie / zawartość ołowiu i jego związków nieorganicznych, z wyjątkiem arsenianu(V) ołowiu(II) oraz chromianu(VI) ołowiu(II) - w przeliczeniu na Pb frakcja wdychalna Zakres: (0,0028 – 1,11) mg/m ³ (0,002 – 0,8) mg w próbce Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-Z-04487:2017-10
	Stężenie / zawartość kadmu i jego związków nieorganicznych w przeliczeniu na Cd: – frakcja wdychalna Zakres: (0,00021 – 0,0347) mg/m ³ (0,00015 – 0,0250) mg w próbce – frakcja respirabilna Zakres: (0,00019 – 0,0316) mg/m ³ (0,00015 – 0,0250) mg w próbce Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-Z-04102-3:2013-10
	Stężenie / zawartość wodorotlenku sodu Zakres: (0,0012 – 3,62) mg/m ³ (0,00087 – 1,30) mg w próbce Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-Z-04435:2011
	Stężenie / zawartość wodorotlenku potasu Zakres: (0,0010 – 2,99) mg/m ³ (0,00072 – 1,08) mg w próbce Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)	PN-Z-04436:2011

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane na filtry	Stężenie / zawartość związków chromu(VI) - w przeliczeniu na Cr(VI) Zakres: (0,00083 – 0,139) mg/m ³ (0,0006 – 0,1) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna	PN-87/Z-04126/03
	Stężenie / zawartość nadtlenu wodoru Zakres: (0,034 – 9,6) mg/m ³ (0,0120 – 0,288) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna	Osha Method 1019
	Stężenie / zawartość olejów mineralnych wysokorafinowanych z wyłączeniem cieczy obróbkowych - frakcja wdychalna Zakres: (0,28 – 22,2) mg/m ³ (0,2 – 8) mg w próbce Metoda spektrometrii w podczerwieni (IR)	PN-Z-04108-5:2006
	Stężenie / zawartość glicerolu – frakcja wdychalna Zakres: (0,834 – 20,8) mg/m ³ (0,6 – 7,5) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04374:2009
	Stężenie / zawartość 2,2'- oksydietanolu (glikolu dwuetylenowego) – frakcja wdychalna Zakres: (0,056 – 25,0) mg/m ³ (0,04 – 6,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04493:2018-09
	Stężenie / zawartość 4,4'- metylenobis(fenyloizocyjanianu) Zakres: (0,0013 – 1,33) mg/m ³ (0,0003 – 0,02) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	OSHA Method 47
	Stężenie / zawartość: Zakres: - diizocyjanianu tolueno-2,4-diylu (0,00025 – 0,67) mg/m ³ (0,00006 – 0,01) mg w próbce - diizocyjanianu tolueno-2,6-diylu (0,00025 – 0,67) mg/m ³ (0,00006 – 0,01) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	OSHA Method 42

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane na filtry	Stężenie / zawartość: - diizocyjanianu heksano-1,6-diyłu (sześciometylenodwuzocyjanianu) Zakres: (0,0013 – 1,33) mg/m ³ (0,0003 – 0,02) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	OSHA Method 42
	Stężenie / zawartość tiuramu – disulfidu tetrametylotiuramu - frakcja wdychalna Zakres: (0,04 – 1,0) mg/m ³ (0,028 – 0,720) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	PN-Z-04480:2016-10
	Stężenie / zawartość fenoloftaleiny Zakres: (0,64 – 16,1) mg/m ³ (0,46 – 5,8) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	PN-Z-04506:2019-10
	Stężenie / zawartość ftalanu dimetylu – frakcja wdychalna Zakres: (0,42 – 12,5) mg/m ³ (0,05 – 1,5) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2019, Zeszyt 2 (100), s. 127-137
	Stężenie / zawartość ftalanu dietylu – frakcja wdychalna Zakres: (0,42 – 10,4) mg/m ³ (0,1 – 2,5) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04498:2019-10
	Stężenie / zawartość ftalanu dibutyłu – frakcja wdychalna Zakres: (0,42 – 10,4) mg/m ³ (0,30 – 7,5) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04495:2018-09
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem	Stężenie / zawartość kwasu akrylowego Zakres: (0,75 – 300) mg/m ³ (0,015 – 0,450) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	PN-Z-04460:2014-09

Zakres Działalności Laboratoryjnej	Wersja z dnia 17.05.2022r.	Strona/stron: 6/34
------------------------------------	----------------------------	--------------------

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane na filtry	Stężenie / zawartość 2,2-bis(4-hydroksyfenylo)-propanu (bisfenolu-A) – frakcja wdychalna Zakres: (0,069 – 6,94) mg/m ³ (0,050 – 5,0) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	PN-Z-04382:2009
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane na filtry	Stężenie / zawartość parafiny stałej - frakcja wdychalna Zakres: (0,056 – 6,94) mg/m ³ (0,040 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04379:2010
	Stężenie / zawartość fluorowodoru Zakres: (0,023 – 24,0) mg/m ³ (0,0165 – 0,72) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej (IC)	NIOSH 7906 Method, Issue 2, 20 May 2014
	Stężenie / zawartość fluorków w przeliczeniu na F Zakres: (0,0181 – 4,0) mg/m ³ (0,013 – 2,88) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej (IC)	NIOSH 7906 Method, Issue 2, 20 May 2014 Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2014 nr 3(81), str. 71-87
	Stężenie / zawartość chlorowodoru Zakres: (0,225 – 200) mg/m ³ (0,135 – 6,0) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej (IC)	NIOSH 7907 Method, Issue 1, 20 May 2014
	Stężenie / zawartość kwasu azotowego (V) Zakres: (0,0635 – 56,0) mg/m ³ (0,038 – 1,68) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej (IC)	
	Stężenie / zawartość kwasu fosforowego Zakres: (0,05 – 48,0) mg/m ³ (0,036 – 1,44) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej (IC)	NIOSH 7908 Method, Issue 1, 10 May 2014
	Stężenie / zawartość kwasu siarkowego (VI) – frakcja torakalna Zakres: (0,0031 – 0,13) mg/m ³ (0,0022 – 0,0480) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej (IC)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2017 nr 2(92), str. 5-19
	Stężenie/zawartość ozonu Zakres: (0,0135 – 0,3) mg/m ³ (0,00162 – 0,0360) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej (IC)	OSHA Method 214
	Stężenie / zawartość ditlenku siarki Zakres: (0,111 – 31,2) mg/m ³ (0,020 – 0,468) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej (IC)	Osha Method 1011

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane na filtry	Stężenie / zawartość cyny i jej związków nieorganicznych, z wyjątkiem stannanu - w przeliczeniu na Sn - frakcja wdychalna Zakres: (0,0139 – 8,33) mg/m ³ (0,0100 – 6,00) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	IB-131 wydanie nr 2 z dnia 15.04.2021 r.
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane na filtry	<p>Stężenie / zawartość kobaltu i jego związków nieorganicznych – w przeliczeniu na Co Zakres: (0,00139 – 0,083) mg/m³ (0,00100 – 0,0600) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)</p> <p>Stężenie / zawartość: - tritlenku glinu - w przeliczeniu na Al, - wodorotlenku glinu - w przeliczeniu na Al, - glinu metalicznego, glinu proszku (niestabilizowanego): – frakcja wdychalna Zakres: (0,0694 – 5,56) mg/m³ (0,050 – 4,00) mg w próbce – frakcja respirabilna Zakres: (0,0631 – 5,05) mg/m³ (0,050 – 4,00) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)</p> <p>Stężenie / zawartość kadmu i jego związków nieorganicznych- w przeliczeniu na Cd – frakcja wdychalna Zakres: (0,000208 – 0,0208) mg/m³ (0,000150 – 0,0150) mg w próbce – frakcja respirabilna Zakres: (0,000189 – 0,0189) mg/m³ (0,000150 – 0,0150) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)</p>	IB-131 wydanie nr 2 z dnia 15.04.2021 r.

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane na filtry	Stężenie / zawartość tlenków żelaza – w przeliczeniu na Fe, tlenek żelaza (III), tlenek żelaza (II), tetratlenek triżelaza - frakcja respirabilna Zakres: (0,0126 - 227) mg/m ³ (0,0100 – 7,50) mg w próbce - frakcja wdychalna Zakres: (0,0139 - 250) mg/m ³ (0,0100 – 7,50) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane na filtry	Stężenie / zawartość miedzi i jej związków nieorganicznych - w przeliczeniu na Cu Zakres: (0,0139 – 0,417) mg/m ³ (0,0100 – 0,300) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane na filtry	Stężenie / zawartość manganu i jego związków nieorganicznych - w przeliczeniu na Mn – frakcja wdychalna Zakres: (0,00417 – 0,417) mg/m ³ (0,00300 – 0,300) mg w próbce – frakcja respirabilna Zakres: (0,00379 – 0,379) mg/m ³ (0,00300 – 0,300) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	IB-131 wydanie nr 2 z dnia 15.04.2021 r.
Stężenie / zawartość niklu i jego związków, z wyjątkiem tetrakarbonylku niklu - w przeliczeniu na Ni Zakres: (0,0139 – 0,555) mg/m ³ (0,0100 – 0,400) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)		
Stężenie / zawartość tlenku cynku - w przeliczeniu na Zn – frakcja wdychalna Zakres: (0,0139 – 250) mg/m ³ (0,0100 – 7,50) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)		
Stężenie / zawartość srebra – frakcja wdychalna Zakres: (0,00420 – 0,104) mg/m ³ (0,00300 – 0,0750) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)		

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane na filtry	Stężenie / zawartość ołowiu i jego związków nieorganicznych, z wyjątkiem arsenianu(V) ołowiu(II) oraz chromianu(VI) ołowiu(II) - w przeliczeniu na Pb frakcja wdychalna Zakres: (0,00420 – 0,104) mg/m ³ (0,00300 – 0,0750) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane na filtry	<p>Chrom metaliczny, Związki chromu(II) - w przeliczeniu na Cr(II), Związki chromu(III) - w przeliczeniu na Cr(III) (z obliczeń)</p> <p>Stężenie/ zawartość chromu metalicznego i jego związków (chrom (II), chrom (III), chrom (VI)) – w przeliczeniu na Cr Zakres: (0,0139 – 1,04) mg/m³ (0,010 – 0,750) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)</p> <p>Stężenie / zawartość wodorotlenku sodu Zakres: (0,0193 – 31,9) mg/m³ (0,0139 – 0,956) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)</p> <p>Stężenie / zawartość wodorotlenku potasu Zakres: (0,0159 – 26,3) mg/m³ (0,0115 – 0,789) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)</p> <p>Stężenie / zawartość tlenku wapnia – frakcja wdychalna Zakres: (0,0582 – 279) mg/m³ (0,0419– 8,39) mg w próbce – frakcja respirabilna Zakres: (0,0529– 254) mg/m³ (0,0419 – 8,39) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)</p> <p>Stężenie / zawartość wodorotlenku wapnia – frakcja wdychalna Zakres: (0,077 – 369) mg/m³ (0,0555 – 11,09) mg w próbce – frakcja respirabilna Zakres: (0,070 – 336) mg/m³ (0,0555 – 11,09) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)</p>	<p>IB-133 wydanie nr 3 z dnia 28.08.2021 r.</p> <p>IB-131 wydanie nr 2 z dnia 15.04.2021 r.</p>

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane na filtry	Stężenie / zawartość węgla wapnia – frakcja wdychalna Zakres: (0,104 – 20,8) mg/m ³ (0,075 – 14,98) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane na filtry	Stężenie / zawartość tlenu magnezu – frakcja wdychalna Zakres: (0,069 – 20,70) mg/m ³ (0,050 – 14,92) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	IB-131 wydanie nr 2 z dnia 15.04.2021 r.
	Stężenie / zawartość dichlorku cynku - frakcja wdychalna Zakres: (0,041 – 52,10) mg/m ³ (0,0292 – 1,563) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
	Stężenie/ zawartość cyrkonu i jego związków - w przeliczeniu na Zr Zakres: (0,140-7,50) mg w próbce (0,194-250) mg/dm ³ Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	IB-131 wydanie nr 2 z dnia 15.04.2021 r.
	Stężenie/ zawartość tytanu i jego związków – w przeliczeniu na Ti Zakres: (0,400-15,0) mg w próbce (0,194-250) mg/dm ³ Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
	Stężenie/ zawartość molibdenu i jego związków w przeliczeniu na Mo Zakres: (0,140-7,5) mg w próbce (0,194-250) mg/dm ³ Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
	Stężenie/ zawartość antymonu i jego związków nieorganicznych z wyjątkiem stibanu- w przeliczeniu na Sb Zakres: (0,030-0,750) mg w próbce (0,0417-1,042) mg/dm ³ Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane na filtry	Stężenie / zawartość: - wolframu – frakcja wdychalna - wolframu związki nierozpuszczalne – w	

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
	przeliczeniu na W Zakres: (0,194 – 10,4) mg/m ³ (0,140 – 7,50) mg w próbce Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	
Środowisko pracy - powietrze	Stężenie pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia frakcja wdychalna - asfalt naftowy - ditlenek tytanu - apatyty i fosforyty - cement portlandzki - grafit naturalny - grafit syntetyczny - kaolin - krzemionka bezpostaciowa i syntetyczna - pyły drewna - pyły mąki - pyły niesklasyfikowane ze względu na toksyczność - pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki - siarczan(VI) wapnia (gips) - sadza techniczna - talk - węgiel (kamienny, brunatny) - węglan magnezu wapnia (dolomit) - węglik krzemu, niewłóknisty Zakres: (0,14 – 20,0) mg/m ³ Metoda filtracyjno-wagowa	PN-91/Z-04030/05
	Stężenie pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia frakcja respirabilna - apatyty i fosforyty - cement portlandzki - grafit naturalny - krzemionka bezpostaciowa i syntetyczna - pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki - spaliny silnika Diesla - talk - węgiel (kamienny, brunatny) Zakres: (0,13 – 6,3) mg/m ³ Metoda filtracyjno-wagowa	PN-91/Z-04030/06
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane na filtry	Stężenie / zawartość krystalicznej krzemionki (kwarc, krystobalit) - frakcja respirabilna Zakres: (0,0056 – 0,88) mg/m ³ (0,005 – 0,6) mg w próbce Metoda spektrometrii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2012, nr 4(74) s. 117-130

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane na filtry i na rurki z sorbentem	Stężenie / zawartość 2-fenoksyetanolu Zakres: (11 – 1680) mg/m ³ (0,2 – 4,2) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2003, nr 4(38), s. 65-70
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane na filtry i na rurki z sorbentem	Stężenie / zawartość wielopierścieniowych węglodorów aromatycznych: Zakres: - antracen (0,00019 – 0,0038) mg/m ³ (0,000075 – 0,0015) mg w próbce - benzo(a)antracen (0,000015 – 0,0038) mg/m ³ (0,000006 – 0,0015) mg w próbce - chryzen (0,00019 – 0,0038) mg/m ³ (0,000075 – 0,0015) mg w próbce - benzo(b)fluoranten (0,000015 – 0,0038) mg/m ³ (0,000006 – 0,0015) mg w próbce - benzo(k)fluoranten (0,000015 – 0,0038) mg/m ³ (0,000006 – 0,0015) mg w próbce - benzo(a)piren (0,000015 – 0,0038) mg/m ³ (0,000006 – 0,0015) mg w próbce - dibenzo(a,h)antracen (0,000015 – 0,0038) mg/m ³ (0,000006 – 0,0015) mg w próbce - benzo(g,h,i) perylen (0,00019 – 0,0038) mg/m ³ (0,000075 – 0,0015) mg w próbce - indeno(1,2,3, -c, d) piren (0,000015 – 0,0038) mg/m ³ (0,000006 – 0,0015) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fluorescencyjną oraz spektrofotometryczną (HPLC-FLD/UV) Wskaźnik narażenia jako suma iloczynów stężeń i współczynników rakotwórczości 9 rakotwórczych WWA (z obliczeń)	PN-Z-04240-5:2006 z wyłączeniem pkt. 1, 5.6, 5.7, 5.8 IB-76 wydanie nr 3 z dnia 15.07.2013 r.
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane do roztworu pochłaniającego	Stężenie / zawartość chloru Zakres: (0,033 – 6,67) mg/m ³ (0,0005 – 0,05) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna	PN-Z-04037-03:1975
	Stężenie / zawartość cyjanowodoru Zakres: (0,08 – 22,5) mg/m ³ (0,0003 – 0,045) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna	PN-Z-04053:1970
	Stężenie / zawartość amoniaku Zakres: (0,5 – 140) mg/m ³ (0,015 – 2,1) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna	PN-Z-04041:1971

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane do roztworu pochłaniającego	Stężenie / zawartość nadtlenu wodoru Zakres: (0,2 – 80,0) mg/m ³ (0,0012 – 0,24) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, nr 17, str. 101 - 104
	Stężenie / zawartość kwasu chlorowego (VII) Zakres: (0,31 – 100) mg/m ³ (0,0125 – 1,25) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, nr 17, str. 88 - 91
	Stężenie / zawartość kwasu mrówkowego Zakres: (0,5 – 200) mg/m ³ (0,0125 – 2,0) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna	PN-88/Z-04196/02
	Stężenie / zawartość hydrazyny Zakres: (0,0021 – 0,60) mg/m ³ (0,00025 – 0,0060) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna	PN-Z-04148-02:1985
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem	Stężenie / zawartość amoniaku Zakres: (1,11 – 700) mg/m ³ (0,080 – 2,1) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna	IB-125 wydanie nr 1 z dnia 18.07.2018 r.
	Stężenie / zawartość tlenku azotu Zakres: (0,12 – 5,0) mg/m ³ (0,0010 – 0,045) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej (IC)	OSHA Method 190
	Stężenie / zawartość ditlenku azotu Zakres: (0,064 – 14,0) mg/m ³ (0,0019 – 0,0420) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej (IC)	OSHA Method 182
	Stężenie / zawartość siarkowodoru Zakres: (0,65 – 74,6) mg/m ³ (0,026 – 0,56) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej (IC)	NIOSH 6013 Method, Issue 1, 15 August 1994
	Stężenie / zawartość ditlenku azotu Zakres: (0,063 – 21,1) mg/m ³ (0,0019 – 0,0634) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna	IB-114 wydanie nr 1 z dnia 31.01.2017 r.
	Stężenie / zawartość trimetylobenzenu - mieszaniny izomerów (1,2,3-, 1,2,4- i 1,3,5-) Zakres: (0,17 – 1667,0) mg/m ³ (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2007, nr 1(51), s.141-147
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem	Stężenie / zawartość etylotoluenu (mieszanina izomerów) Zakres: (0,17 – 333,0) mg/m ³ (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	IB-24 wydanie nr 9 z dnia 29.01.2016 r.

Zakres Działalności Laboratoryjnej	Wersja z dnia 17.05.2022r.	Strona/stron: 14/34
------------------------------------	----------------------------	---------------------

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
	Stężenie / zawartość kumenu Zakres: (0,17 – 1667,0) mg/m ³ (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2007, nr 1(51), s.141-147
	Stężenie / zawartość propan-2-olu Zakres: (0,17 – 1667,0) mg/m ³ (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2007, nr 1(51), s.141-147
	Stężenie / zawartość butan-2-onu Zakres: (0,17 – 1667,0) mg/m ³ (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH METHOD:2555, ISSUE 1, 15 March 2003
	Stężenie / zawartość 4-metylopentan-2-onu Zakres: (0,17 – 1667,0) mg/m ³ (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04372:2009
	Stężenie / zawartość octanu 2-butoksyetylu Zakres: (0,17 – 1667,0) mg/m ³ (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2007, nr 1(51), s.141-147
	Stężenie / zawartość dichlorometanu Zakres: (1,7 – 868,0) mg/m ³ (0,010 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04325:2006
	Stężenie / zawartość glikolu etylenowego Zakres: (1,3 – 1667,0) mg/m ³ (0,05 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, nr 17, str. 55-59
	Stężenie / zawartość acetonitrylu Zakres: (0,06 – 1667,0) mg/m ³ (0,006 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04244-2:1996
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem	Stężenie / zawartość 2-(2-butoksyetoksy)etanolu Zakres: (1,67 – 1667,0) mg/m ³ (0,05 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04399:2011

Zakres Działalności Laboratoryjnej	Wersja z dnia 17.05.2022r.	Strona/stron: 15/34
------------------------------------	----------------------------	---------------------

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
	Stężenie / zawartość fenylometanolu Zakres: (0,42 – 417,0) mg/m ³ (0,01 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	OSHA Method PV2009
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane na filtry	Stężenie / zawartość ftalanu benzylu butylu Zakres: (0,02 – 39,0) mg/m ³ (0,003 – 7,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04409:2009
	Stężenie / zawartość ftalanu bis(2-etyloheksylu) Zakres: (0,01 – 167,0) mg/m ³ (0,003 – 6,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04208-05:1989
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem	Stężenie / zawartość octanu propylu Zakres: (0,17 – 1667,0) mg/m ³ (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH Method 1450 Issue 3, 15 March 2003
	Stężenie / zawartość cykloheksanonu Zakres: (0,17 – 1667,0) mg/m ³ (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2007, nr 1(51), s.141-147
	Stężenie / zawartość winylotoluenu (mieszanina izomerów) Zakres: (0,17 – 1667,0) mg/m ³ (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04319:2001
	Stężenie / zawartość etylobenzenu Zakres: (0,17 – 1667,0) mg/m ³ (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2007, nr 1(51), s.141-147
	Stężenie / zawartość 1-metoksypropan-2-olu Zakres: (0,17 – 1667,0) mg/m ³ (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2007, nr 1(51), s.141-147

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem	Stężenie / zawartość styrenu Zakres: (0,17 – 1667,0) mg/m ³ (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2007, nr 1(51), s.141-147
	Stężenie / zawartość eteru dietylowego Zakres: (0,28 – 1667,0) mg/m ³ (0,002 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04158-02:1986
	Stężenie / zawartość chloroformu Zakres: (0,17 – 167,0) mg/m ³ (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH Method 1003 Issue 3, 15 March 2003
	Stężenie / zawartość trichloroetenu Zakres: (0,17 – 1667,0) mg/m ³ (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH Method 1022, Issue 2, 15 August 1994
	Stężenie / zawartość tetrachloroetenu Zakres: (0,17 – 1667,0) mg/m ³ (0,006 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	OSHA Method 1001
	Stężenie / zawartość tetrahydrofuranu Zakres: (0,17 – 1667,0) mg/m ³ (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH Method 1609 Issue 2, 15 August 1994
	Stężenie / zawartość fenolu Zakres: (0,13 – 1667,0) mg/m ³ (0,003 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH Method 2546, Issue 1, 15 August 1994
	Stężenie / zawartość terpentyny Zakres: (1 – 1667,0) mg/m ³ (0,01 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH Method 1551, Issue 2, 15 August 1994
	Stężenie / zawartość kwasu octowego Zakres: (0,20 – 1667,0) mg/m ³ (0,01 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04323:2004

Zakres Działalności Laboratoryjnej	Wersja z dnia 17.05.2022r.	Strona/stron: 17/34
------------------------------------	----------------------------	---------------------

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem	Stężenie / zawartość 1-metylo-2-pirolidonu Zakres: (0,695-1666) mg/m ³ (0,050 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH Method 1302, Issue 1, 15 January 1998
	Stężenie / zawartość pentanu Zakres: (0,28 – 5333,0) mg/m ³ (0,005 – 8,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04318:2005
	Stężenie / zawartość heksanu Zakres: (0,17 – 167,0) mg/m ³ (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2007, nr 1(51), s.141-147
	Stężenie / zawartość heptanu Zakres: (0,33 – 3333,0) mg/m ³ (0,01 – 10,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04138-02:1984
	Stężenie / zawartość cykloheksanolu Zakres: (0,17 – 167,0) mg/m ³ (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH Method 1402, Issue 2,15 August 1994
	Stężenie / zawartość 2-furylometanolu Zakres: (0,17 – 3333,0) mg/m ³ (0,005 – 10,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04214-02:1990
	Stężenie / zawartość octanu 2-metoksy-1-metyloetylu Zakres: (0,17 – 3333,0) mg/m ³ (0,005 – 10,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04119-10:2008
	Stężenie / zawartość metylocykloheksanu Zakres: (0,17 – 6667,0) mg/m ³ (0,005 – 10,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2011, nr 1(67), s.35-44
	Stężenie / zawartość cykloheksanu Zakres: (5,5 – 3333,0) mg/m ³ (0,1 – 10,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2007, nr 1(51), s.141-147

Zakres Działalności Laboratoryjnej	Wersja z dnia 17.05.2022r.	Strona/stron: 18/34
------------------------------------	----------------------------	---------------------

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem	Stężenie / zawartość octanu winylu Zakres: (0,17 – 467,0) mg/m ³ (0,005 – 1,4) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2007, nr 1(51), s.141-147
	Stężenie / zawartość propan-1-olu Zakres: (0,17 – 1667,0) mg/m ³ (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04224-3:2003
	Stężenie / zawartość chloroetenu Zakres: (0,14 – 27,8) mg/m ³ (0,001 – 0,1) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH Method 1007 Issue 2, 15 August 1994
	Stężenie / zawartość epoksyetanu Zakres: (0,05 – 50) mg/m ³ (0,0005 – 0,5) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04300:2002
	Stężenie / zawartość buta-1,3-dieniu Zakres: (0,080 – 20,0) mg/m ³ (0,002 – 0,5) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH Method 1024 Issue 2, 15 August 1994
	Stężenie / zawartość 1-chloro-2,3-epoksypropanu Zakres: (0,033 – 167,0) mg/m ³ (0,001 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH Method 1010 Issue 2, 15 August 1994
	Stężenie / zawartość akrylonitrylu Zakres: (0,05 – 1667,0) mg/m ³ (0,001 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04113-12:2005
	Stężenie / zawartość 4-hydroksy-4-metylopentan-2-onu Zakres: (0,50 – 1000,0) mg/m ³ (0,005 – 10,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04368:2008
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem	Stężenie / zawartość benzyny do lakierów Zakres: (1,67 – 3333,0) mg/m ³ (0,05 – 10,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-81/Z-04134/03

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
	Stężenie/ zawartość nafty Zakres: (2,5 – 3333,0) mg/m ³ (0,05 – 10,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH Method 1550 Issue 2, 15 August 1994
	Stężenie / zawartość benzyny ekstrakcyjnej Zakres: (0,17 – 3333,0) mg/m ³ (0,005 – 10,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-81/Z-04134/02
	Stężenie / zawartość benzenu Zakres: (0,017 – 16,7) mg/m ³ (0,0005 – 0,5) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH Method 1501 Issue 3, 15 March 2003
	Stężenie / zawartość związków organicznych: Zakres: - etanol (0,28 – 3333,0) mg/m ³ (0,005 – 10,0) mg w próbce - butan-1-ol (0,17 – 1667,0) mg/m ³ (0,005 – 5,0) mg w próbce - 2-metylopropan-1-ol (0,17 – 1667,0) mg/m ³ (0,005 – 5,0) mg w próbce - 2-etoksyetanol (0,17 – 100,0) mg/m ³ (0,005 – 3,0) mg w próbce - 2-butoksyetanol (0,17 – 1667,0) mg/m ³ (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-89/Z-04023/02
	Stężenie / zawartość związków organicznych: Zakres: - toluen (0,17 – 3333,0) mg/m ³ (0,005 – 10,0) mg w próbce - ksylen - mieszanina izomerów: 1,2-; 1,3-; 1,4- (0,17 – 3333,0) mg/m ³ (0,005 – 10,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH Method 1501 Issue 3, 15 March 2003

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem	Stężenie / zawartość związków organicznych: Zakres: - octan n-butyłu (0,17 – 1667,0) mg/m ³ (0,005 – 5,0) mg w próbce - octan 2-etoksyetylu (0,17 – 167,0) mg/m ³ (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH Method 1450 Issue 3, 15 March 2003
	Stężenie / zawartość związków organicznych: Zakres: - octan etylu (0,17 – 1667,0) mg/m ³ (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH Method 1457 Issue 1, 15 August 1994
	Stężenie / zawartość związków organicznych: Zakres: - aceton (0,71 – 3333,0) mg/m ³ (0,005 – 10,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH Method 1300 Issue 2, 15 August 1994
	Stężenie / zawartość (2-metoksymetyloetoksy)-propanolu – mieszaniny izomerów: 1-(2-metoksy-1-metyloetoksy)propan-2-ol, 1-(2-metoksy-2-metyloetoksy)propan-2-ol, 2-(2-metoksy-1-metyloetoksy)propan-1-ol Zakres: (1,83 – 3333,0) mg/m ³ (0,055 – 10,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04346:2006
	Stężenie / zawartość eteru difenylowego Zakres: (0,23 – 333,0) mg/m ³ (0,007 – 1,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04247-2:1996
	Stężenie / zawartość naftalenu Zakres: (1 – 320) mg/m ³ (0,04 – 1,6) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04098-3:2005

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
	Stężenie / zawartość aniliny Zakres: (0,1 – 32) mg/m ³ (0,004 – 0,16) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH METHOD 2002, Issue 2, 15 August 1994
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem	Stężenie / zawartość rezorcynolu Zakres: (2 – 720) mg/m ³ (0,08 – 3,6) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH METHOD 5701, Issue 1, 15 January 1998
	Stężenie / zawartość izoprenu Zakres: (0,17 – 1000) mg/m ³ (0,0050 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04271:2000
	Stężenie / zawartość metanolu Zakres: (2,0 – 2000) mg/m ³ (0,010 – 10) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2014, nr 3(81), s. 89-101
	Stężenie / zawartość cykloheksyloaminy Zakres: (0,80 – 1667) mg/m ³ (0,020 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1997, nr 17, s. 31-35
	Stężenie / zawartość akrylanu metylu Zakres: (0,83 – 200) mg/m ³ (0,010 – 0,60) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	OSHA Method 92
	Stężenie / zawartość akrylanu etylu Zakres: (0,83 – 200) mg/m ³ (0,010 – 0,60) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	OSHA Method 92
	Stężenie / zawartość akrylanu butylu Zakres: (0,83 – 200) mg/m ³ (0,010 – 0,60) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	OSHA Method 92
	Stężenie / zawartość akrylanu 2-etyloheksylu Zakres: (1,67 – 400) mg/m ³ (0,020 – 1,2) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	OSHA Method 92

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
	Stężenie / zawartość metakrylanu metylu Zakres: (1,67 – 1000) mg/m ³ (0,020 – 3,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	OSHA Method 94
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem	Stężenie / zawartość metakrylanu butylu Zakres: (1,67 – 1000) mg/m ³ (0,020 – 3,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	OSHA Method 94
	Stężenie / zawartość dietylobenzenu - mieszanina izomerów Zakres: (0,17 – 1667,0) mg/m ³ (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04016-8:1999
	Stężenie / zawartość octanu metylu Zakres: (0,5 – 1667,0) mg/m ³ (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH Method 1458, Issue 2, 15 August 1994
	Stężenie / zawartość octanu izobutylu Zakres: (0,17 – 1667,0) mg/m ³ (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04119-11:2008+Ap1:2011
	Stężenie / zawartość octanu izopropylu Zakres: (0,17 – 1667,0) mg/m ³ (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04119-7:2006
	Stężenie / zawartość n-oktanu Zakres: (10 – 3333) mg/m ³ (0,3 – 10) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH Method 1500
	Stężenie / zawartość chlorobenzenu Zakres: (1,67 – 1667) mg/m ³ (0,05 – 5) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04022-3:2001
	Stężenie / zawartość N,N-dimetyloformamidu Zakres: (0,5 – 1667) mg/m ³ (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	OSHA Method 66

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
	Stężenie / zawartość dimetoksymetanu Zakres: (14 – 6667) mg/m ³ (0,1 – 10) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04289:2001
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem	Stężenie / zawartość heptan-2-onu Zakres: (2,8 – 1667) mg/m ³ (0,05 – 5) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04344-3:2008
	Stężenie / zawartość 2-metylopropan-2-olu Zakres: (4,2 – 1667) mg/m ³ (0,05 – 5) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04155-5:1996
	Stężenie / zawartość 3a, 4, 7, 7a-tetrahydro-4,7-metanoindenu (dicyklopentadienu) Zakres: (0,42 – 416) mg/m ³ (0,005 – 5) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-Z-04393:2009
	Zawartość octanu izopentyłu Zakres: (20-3333) mg/m ³ (0,200-5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH Method 1450, Issue 3, 15 March 2003
	Stężenie / zawartość formaldehydu Zakres: (0,0017 – 20) mg/m ³ (0,0001 – 0,1) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii ciekowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 1999, nr 22, s. 96-100
	Stężenie / zawartość acetaldehydu Zakres: (0,03 – 62,5) mg/m ³ (0,0001 – 0,1) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii ciekowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	NIOSH METHOD 2018, Issue 2, 15 March 2003
	Stężenie / zawartość glutaraldehydu Zakres: (0,0017 – 20) mg/m ³ (0,0001 – 0,1) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii ciekowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	PN-Z-04290:2002
	Stężenie / zawartość akrylaldehydu Zakres: (0,0017 – 16) mg/m ³ (0,0001 – 0,08) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii ciekowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	PN-Z-04045-16:2010

Zakres Działalności Laboratoryjnej	Wersja z dnia 17.05.2022r.	Strona/stron: 24/34
------------------------------------	----------------------------	---------------------

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane do worków	Stężenie / zawartość: Zakres: - propan (150-3600) mg/m ³ - butan (150-5950) mg/m ³ Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	IB-101 wyd. 2 z dnia 14.04.2021 r.
Środowisko pracy - powietrze - próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem	Stężenie/ zawartość: 2-aminoetanolu Zakres: (0,2-40) mg/dm ³ (0,002-0,060) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii ciekłowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	OSHA PV2111
	Stężenie / zawartość: hydrochinonu Zakres: (0,050-16,6) mg/m ³ (0,001-0,050) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii ciekłowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	OSHA PV2094
	Stężenie / zawartość: 2,2'-iminodietanol Zakres: (0,90-18,0) mg/m ³ (0,009-0,180) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii ciekłowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	OSHA PV2018
	Stężenie / zawartość: Zakres: - etylenodiamina (2-266) mg/m ³ (0,020-0,400) mg w próbce - 2,2'-iminobis(etyloamina) (0,400-53,3) mg/m ³ (0,004-0,080) mg w próbce - N,N'-bis(2-aminoetylo)etylenodiamina (0,100-13,3) mg/m ³ (0,001-0,020) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii ciekłowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	OSHA 60
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi – powietrze – próbki powietrza pobrane na rurki z sorbentem	Pobieranie próbek do oznaczenia stężenia formaldehydu Stężenie / zawartość formaldehydu Zakres: (0,2 – 200) µg/m ³ (0,1 – 100) µg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii ciekłowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	IB-81 wydanie nr 6 z dnia 20.10.2020 r.
	Pobieranie próbek do oznaczenia stężenia związków organicznych	IB-109 wydanie nr 3 z dnia 16.08.2021 r.

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
	<p>Stężenie / zawartość: Zakres</p> <ul style="list-style-type: none"> - benzen (1,0 – 4000) $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (0,5 – 2000) μg w próbce - toluen (10,0 – 4000) $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (5,0 – 2000) μg w próbce - ksylen (10,0 – 4000) $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (5,0 – 2000) μg w próbce - etylobenzen (10,0 – 4000) $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (5,0 – 2000) μg w próbce - octan etylu (10,0 – 4000) $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (5,0 – 2000) μg w próbce - octan butylu (10,0 – 4000) $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (5,0 – 2000) μg w próbce - cykloheksanon (4,0 – 4000) $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (2,0 – 2000) μg w próbce - butan-1-ol (10,0 – 4000) $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (5,0 – 2000) μg w próbce - styren (2,0 – 4000) $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (1,0 – 2000) μg w próbce - glikol etylenowy (100,0 – 2300,0) $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (50,0 – 1150) μg w próbce <p>Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)</p>	
Wody podziemne	<p>Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Temperatura wody i pobranej próbki wody Zakres: (1 – 60) °C</p>	<p>PN-ISO 5667-11:2017-10 IB-34 wydanie nr 2 z dnia 23.03.2011 r.</p>
Wody powierzchniowe	<p>Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Temperatura wody i pobranej próbki wody Zakres: (1 – 60) °C</p>	<p>PN-EN ISO 5667-6:2016-12 z wył. pkt. 7.5, 7.6 IB-34 wydanie nr 2 z dnia 23.03.2011 r.</p>
Ścieki	<p>Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Temperatura ścieków i pobranej próbki ścieków Zakres: (1 – 60) °C</p>	<p>PN-ISO 5667-10:1997 z wyłączeniem pkt. 5.3.2 IB-34 wydanie nr 2 z dnia 23.03.2011 r. IB-122 wydanie nr 1 z dnia 26.01.2018 r.</p>
Woda do spożycia przez ludzi	<p>Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Temperatura wody i pobranej próbki wody Zakres: (1 – 60) °C</p>	<p>PN-ISO 5667-5:2017-10 PN-ISO 5667-5:2017-10/Ap1:2019-07 IB-34 wydanie nr 2 z dnia 23.03.2011 r.</p>
	<p>Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych</p>	<p>PN-EN ISO 19458:2007z wyłączeniem punktów 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6</p>

Zakres Działalności Laboratoryjnej	Wersja z dnia 17.05.2022r.	Strona/stron: 26/34
------------------------------------	----------------------------	---------------------

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Osady ściekowe	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych	PN-EN ISO 5667-13:2011 z wyłączeniem punktów 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.7, 6.3.8, 6.3.10
	Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych	IB-110 wydanie nr 1 z dnia 31.01.2017 r.
Gleba	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych	PN-ISO 10381-5:2009 PN ISO 10381-4:2007
Woda, ścieki	Zawiesiny ogólne Zakres: (5,0 – 2000) mg/l Metoda wagowa	PN-EN 872:2007+Ap1:2007
	Stężenie chloru wolnego, chloru ogólnego (całkowitego) Zakres: (0,05 – 2,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-EN ISO 7393-2:2018-04
	pH Zakres: (2,0 – 11,0) Metoda potencjometryczna	PN-EN ISO 10523:2012
Woda, ścieki	Indeks oleju mineralnego (węglowodory ropopochodne) Zakres: (0,15 – 30) mg/l Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-EN ISO 9377-2:2003
Woda	Stężenie metali: - żelazo (0,030-4,50) mg/l - mangan (0,015-0,90) mg/l Metoda spektrometrii emisyjnej z wzbudzeniem w mikrofalowej plazmie azotowej (MP-AES)	IB-132 wydanie nr 1 z dnia 17.02.2021 r.
Woda do spożycia przez ludzi	Stężenie chloru wolnego Zakres: (0,05 – 2,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna	Metoda HACH nr 8021 wyd. 2 z 06/2017
	Mętność Zakres: (0,20 – 10,0) NTU Metoda nefelometryczna	PN-EN ISO 7027-1:2016-09
	Przewodność elektryczna właściwa Zakres: (10 – 3000) μ S/cm Metoda konduktometryczna	PN-EN 27888:1999
Osady ściekowe	pH Zakres: 2 – 12 Metoda potencjometryczna	PN-EN 12176:2004
	Sucha pozostałość (sucha masa) Zakres: (1,0 - 100) % Metoda wagowa	PN-EN 12880:2004
Gleba	pH Zakres: 2,0 – 11,0 Metoda potencjometryczna	PN-ISO 10390:1997
Środowisko pracy – powietrze	Stężenie gazów Zakres: - CO (2,4 – 187) mg/m ³ Metoda elektrochemiczna	IB-22 wydanie nr 4 z dnia 03.08.2016 r.
	Stężenie ditlenku węgla Zakres: (695 – 73290) mg/m ³ Metoda elektrochemiczna	IB-129 wydanie nr 1 z dnia 05.03.2020r.

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy – mikroklimat zimny	Temperatura powietrza Zakres: (-30 – 15) °C Temperatura poczwierzonej kuli Zakres: (-20 – 15) °C Wilgotność powietrza Zakres: (10 – 95) % Prędkość powietrza Zakres: (0,15 – 5) m/s Metoda pomiarowa bezpośrednia Wskaźnik tWC Wskaźnik IREQmin Wskaźnik IREQneutral (z obliczeń)	PN-EN ISO 11079:2008
Środowisko pracy – mikroklimat umiarkowany	Temperatura powietrza Zakres: (5 – 50) °C Temperatura poczwierzonej kuli Zakres: (5 – 50) °C Wilgotność powietrza Zakres: (10 – 95) % Prędkość powietrza Zakres: (0,15 – 5) m/s Metoda pomiarowa bezpośrednia Wskaźnik PMV Wskaźnik PPD (z obliczeń)	PN-EN ISO 7730:2006 PN-EN ISO 7730:2006/Ap2:2016-04
Środowisko pracy – mikroklimat gorący	Temperatura powietrza Zakres: (10 – 80) °C Temperatura wilgotna naturalna Zakres: (5 – 50) °C Temperatura poczwierzonej kuli Zakres: (10 – 80) °C Metoda pomiarowa bezpośrednia Wskaźnik WBGT (z obliczeń)	PN-EN ISO 7243:2018-01 PN-EN ISO 7243:2018-01/Ap2:2020-04
Środowisko pracy – oświetlenie elektryczne we wnętrzach	Natężenie oświetlenia Zakres: (5 – 10000) lx Metoda pomiarowa bezpośrednia Równomierność oświetlenia (z obliczeń)	IB-62 wydanie nr 2 z dnia 03.04.2015 r.
Środowisko pracy – drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne	Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań Zakres: (0,2 – 500) m/s ² Metoda pomiarowa bezpośrednia Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnej energetycznie dla 8-godzin działania sumy wektorowej skutecznych, skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz) (z obliczeń)	PN-EN ISO 5349-1:2004 PN-EN ISO 5349-2:2004/A1:2015-11

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Środowisko pracy – drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka	<p>Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań Zakres: (0,03 – 120) m/s² Metoda pomiarowa bezpośrednia</p> <p>Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnego energetycznie dla 8-godzin działania skutecznego, skorygowanego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1.4awx, 1.4awy, awz) Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1.4awx, 1.4awy, awz) (z obliczeń)</p>	PN-EN 14253+A1:2011
Środowisko pracy – hałas	<p>Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres: (22,0 – 136,0) dB Szczytowy poziom dźwięku C Zakres: (22,0 – 139,0) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia</p> <p>Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do: - 8-godz. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń)</p>	PN-N-01307:1994 PN-EN ISO 9612:2011 z wyłączeniem metody obejmującej strategię 2 i 3 - punkty 10 i 11
Środowisko pracy – hałas ultradźwiękowy	<p>Równoważne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 kHz do 40 kHz Maksymalne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 kHz do 40 kHz Zakres: (59 – 160) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia</p> <p>Równoważne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 kHz do 40 kHz odniesione do: - 8 - godz. dobowego wymiaru czasu pracy - przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (z obliczeń)</p>	PN-Z-01339:2020-12
Maszyny i urządzenia – hałas	Równoważny poziom dźwięku A Zakres: (22,0 – 136,0) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-EN ISO 3744:2011 z wyłączeniem pkt. 8.3 PN-EN ISO 3746:2011 z wyłączeniem

Zakres Działalności Laboratoryjnej	Wersja z dnia 17.05.2022r.	Strona/stron: 29/34
------------------------------------	----------------------------	---------------------

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
	Poziom mocy akustycznej (z obliczeń)	pkt. 8.4
Środowisko ogólne – hałas pochodzący od dróg, linii kolejowych, linii tramwajowych	Równoważny poziom dźwięku A Ekspozycyjny poziom dźwięku A Zakres: (22,0 – 136,0) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. (Dz.U. 2011 nr 140 poz. 824) (Dz.U. 2011 nr 288, poz. 1697) z wyłączeniem punktu H
	Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN (z obliczeń)	
Środowisko ogólne – hałas pochodzący od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych	Równoważny poziom dźwięku A Zakres: (22,0 – 136,0) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	Załącznik Nr 7 do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 07.09.2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 1710) z wyłączeniem punktu F
	Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażony wskaźnikami LAeqD i LAeqN (z obliczeń)	
Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej – hałas	Równoważny poziom dźwięku A Maksymalny poziom dźwięku A Zakres: (22,0 – 136,0) dB Metoda pomiarowa bezpośrednia	PN-87/B-02156
	Równoważny poziom dźwięku A dla czasu odniesienia T (z obliczeń)	
Gazy odlotowe - próbki gazów odlotowych pobranych na rurki z sorbentem	Zawartość związków organicznych: Zakres: - fenol (0,005 – 8,0) mg w próbce - 2-furylometanolu (0,005 – 10,0) mg w próbce - ftalan dimetylu (0,005 – 6,0) mg w próbce - ftalan dietylu (0,005 – 7,0) mg w próbce - ftalan dibutyli (0,002 – 5,0) mg w próbce - ftalan bis(2-etyloheksylu) (0,003 – 6,0) mg w próbce - fenylometanol (0,01 – 10,0) mg w próbce - cykloheksyloamina (0,02 – 5) mg w próbce	PN-Z-04008-4:1999

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
	<p>Zawartość węglowodorów aromatycznych: Zakres:</p> <ul style="list-style-type: none">- trimetylobenzen (0,005 – 5,0) mg w próbce- etylotoluen (0,005 – 5,0) mg w próbce- winylootoluen (0,005 – 5,0) mg w próbce-benzen (0,001 – 5,0) mg w próbce- toluen (0,005 – 10,0) mg w próbce- kumen (0,005 – 5,0) mg w próbce- ksylen (0,005 – 10,0) mg w próbce- etylobenzen (0,005 – 5,0) mg w próbce- styren (0,005 – 5,0) mg w próbce- propylobenzen (0,005 – 15,0) mg w próbce <p>Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)</p>	PN-EN 13649:2005

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Gazy odlotowe - próbki gazów odlotowych pobranych na rurki z sorbentem	Zawartość związków organicznych: Zakres: - aceton (0,005 – 10,0) mg w próbce - butan-2-on (0,005 – 5,0) mg w próbce - metyloizobutyloketon (0,005 – 5,0) mg w próbce - octan etylu (0,005 – 5,0) mg w próbce - octan butylu (0,005 – 5,0) mg w próbce - etanol (0,005 – 10,0) mg w próbce - butanol (0,005 – 5,0) mg w próbce - metylopropanol (0,005 – 5,0) mg w próbce - octan etoksyetylu (0,005 – 5,0) mg w próbce - octan metoksypropylu (octan 2-metoksy-1-metyloetylu) (0,005 – 10,0) mg w próbce - etoksyetanol (0,005 – 3,0) mg w próbce - butoksyetanol (0,005 – 5,0) mg w próbce - metoksypropanol (0,005 – 5,0) mg w próbce - epoksyetan (0,001 – 5,0) mg w próbce - dichlorometan (0,005 – 5,0) mg w próbce - trichloroetylen (0,005 – 5,0) mg w próbce - tetrachloroetylen (0,006 – 5,0) mg w próbce - cykloheksanol (0,005 – 5,0) mg w próbce - (benzyna ekstrakcyjna) węglowodory alifatyczne od C5 do C12 (0,005 – 10,0) mg w próbce - octan n-propylu (0,005 – 5,0) mg w próbce - izopropanol (0,005 – 5,5) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-EN 13649:2005

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
Gazy odlotowe - próbki gazów odlotowych pobranych na rurki z sorbentem	Zawartość związków organicznych: Zakres: - octan 2-butoksyetylu (0,005 – 5,0) mg w próbce - n-metylopirolidon (0,05 – 5,0) mg w próbce - kwas octowy (0,01 – 5,0) mg w próbce - 1-chloro-2,3-epoksypropan (0,001 – 5,0) mg w próbce - alkohol diacetonowy (0,005 – 10,0) mg w próbce - cykloheksanon (0,005 – 5,0) mg w próbce - glikol etylenowy (0,05 – 5,0) mg w próbce - akrylonitryl (0,001 – 5,0) mg w próbce - tetrahydrofuran (0,005 – 5,0) mg w próbce - metanol (0,010 – 10) mg w próbce - metakrylan metylu (0,020 – 3,0) mg w próbce - metakrylan butylu (0,020 – 3,0) mg w próbce - terpentyna (węglowodory alifatyczne do C12) (0,01 – 5) mg w próbce - cykloheksan (0,1 – 10) mg w próbce - octan metylu (0,005 – 5) mg w próbce - octan winylu (0,005 – 1,4)mg w próbce - chlorobenzen (0,05 – 5) mg w próbce - dimetyloformamid (0,005 – 5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	PN-EN 13649:2005
Gazy odlotowe - próbki gazów odlotowych pobrane na filtry	Zawartość chromu (VI) (0,002 – 0,1) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna Zawartość 4,4'-metylenobis(fenylizocyjanianu) Zakres: (0,0003 – 0,02) mg w próbce Metoda chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV) Zawartość diizocyjanianu tolueno-2,4-dylu Zakres: (0,00006 – 0,01) mg w próbce Metoda chromatografii cieczowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	PN-Z-04030-7:1994 IB-56 wydanie nr 1 z dnia 15.01.2010 r. IB-103 wydanie nr 2 z dnia 15.07.2013 r.

Zakres Działalności Laboratoryjnej	Wersja z dnia 17.05.2022r.	Strona/stron: 33/34
------------------------------------	----------------------------	---------------------

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
	Zawartość diizocyjanianu tolueno-2,6-dyilu Zakres: (0,00006 – 0,01) mg w próbce Metoda chromatografii ciekowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	
	zawartość diizocyjanianu heksano-1,6-dyilu (sześciometylenodwizocyjanianu) Zakres: (0,0003 – 0,02) mg w próbce Metoda chromatografii ciekowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	
Gazy odlotowe – próbki gazów odlotowych pobrane na filtry	Zawartość kwasu siarkowego Zakres: (0,010 – 3,5) mg w próbce Metoda chromatografii jonowej (IC)	IB-49 Wyd. Nr 4 z dnia 12.04.2021 r.
Gazy odlotowe – próbki gazów odlotowych pobrane do roztworu pochłaniającego	Zawartość amoniaku Zakres: (0,015 – 1,4) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna	IB-47 wydanie nr 02 z dnia 19.06.2017 r. PN-Z-04008-4:1999
	Stężenie / zawartość cyjanowodoru Zakres: (0,001 – 0,15) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna	IB-50 wydanie nr 05 z dnia 19.06.2017 r. PN-Z-04008-4:1999
	Stężenie / zawartość ozonu Zakres: (0,001 – 0,1) mg w próbce Metoda spektrofotometryczna	IB-61 wydanie nr 02 z dnia 19.06.2017 r. PN-Z-04008-4:1999
Gazy odlotowe – próbki gazów odlotowych pobrane na rurki z sorbentem	Zawartość aniliny Zakres: (0,004 – 1,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID)	NIOSH METHOD 2002, Issue 2, 15 August 1994
	Zawartość: Zakres: - acetaldehyd (0,0001 – 0,1) mg w próbce - glutałdehyd (0,0001 – 0,1) mg w próbce - formaldehyd (0,0001 – 0,1) mg w próbce - akrylaldehyd (0,0001 – 0,08) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii ciekowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	IB-81 wydanie nr 6 z dnia 20.10.2020 r. PN-Z-04008-4:1999
	Suma węglowodorów aromatycznych (z obliczeń)	PN-EN 13649:2005
	Suma węglowodorów alifatycznych (z obliczeń)	PN-EN 13649:2005
	Zawartość: 2-aminoetanol Zakres: (0,002-0,060) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii ciekowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	OSHA PV2111
	Zawartość: 2,2'-iminodietanol (dietanoloamina) Zakres: (0,009-0,180) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii ciekowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	OSHA PV2018

Przedmiot badań/wyrób	Rodzaj działalności/badane cechy/metoda	Dokumenty odniesienia
	Zawartość: - etylenodiamina (0,020-0,400) mg w próbce - 2,2'-iminobis(etyloamina) (dietylenotriamina) (0,004-0,080) mg w próbce - N,N'-bis(2-aminoetylo)etylenodiamina (trietylenotetraamina) (0,001-0,020) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczerwowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	OSHA 60
	Zawartość: octanu izopentylu Zakres: (0,200-5,0) mg w próbce Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC- FID)	PN-EN 13649:2005
	Zawartość: kwasu akrylowego Zakres: (0,015-0,450) mg w próbce Metoda wysokosprawnej chromatografii cieczerwowej z detekcją spektrofotometryczną (HPLC-UV)	PN-Z-04460:2014-09