



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY we WROCŁAWIU
POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA we WROCŁAWIU

ul. Kleczkowska 20, 50-227 Wrocław, e-mail: psse.wroclaw@sanepid.gov.pl
<https://www.gov.pl/psse-wroclaw> Centrala 713-295-843 Dyrektor 713-295-405 Fax 713-291-851
REGON: 931950650 NIP: 895-163-86-86

Wrocław, dnia 16 STY. 2025

HK.9011.43.2024.AM
(znak sprawy)

Ośrodek Badań Podstawowych, Projektów i Wdrożeń
Ochrony Środowiska i Biotechnologii "OIKOS" sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Powstańców Śląskich 8
55-010 Święta Katarzyna

DECYZJA Nr308/25.....

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416), art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz art. 104 ustawy z dnia 13 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), na podstawie wniosku z dnia 13 grudnia 2024 r., L.dz. 267/24 Ośrodka Badań Podstawowych, Projektów i Wdrożeń Ochrony Środowiska i Biotechnologii „OIKOS” sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 8, 55-010 Święta Katarzyna

zatwierdza

udokumentowany system jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Laboratorium Ośrodka Badań Podstawowych, Projektów i Wdrożeń Ochrony Środowiska i Biotechnologii „OIKOS” sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 8, 55-010 Święta Katarzyna w zakresie oznaczania: **3 parametrów chemicznych, właściwości fizycznych.**

UZASADNIENIE

Warunkiem zatwierdzenia Laboratorium przez PPIS we Wrocławiu zgodnie z wymaganiami art. 12 a ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 757) jest przedstawienie:

- I. udokumentowanego systemu jakości prowadzonych badań wody zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
- II. zaświadczenia potwierdzającego przeszkolenie przez organy PIS osób pobierających próbki wody do badań lub certyfikatu laboratorium w zakresie pobierania próbek,
- III. wykazu prowadzonych badań, charakterystyki metod badawczych oraz dokumentacji potwierdzającej poprawność badań,
- IV. zestawienia wyników i oceny badań biegłości wykonanych nie później niż dwa lata od dnia wystąpienia o zatwierdzenie,
- V. dwustopniowego systemu zapewnienia jakości prowadzonych badań.

- I. Laboratorium posiada i stosuje potwierdzony przez Polskie Centrum Akredytacji system zarządzania wg wymagań normy **PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02** w zakresie badań chemicznych, właściwości fizycznych wody oraz pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia, potwierdzony Certyfikatem Akredytacji Nr AB 934, data ważności akredytacji: 17 września 2028 r.).

Laboratorium dostarczyło Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 934 oraz Zakres akredytacji wydanie Nr 30 (data wydania 14 sierpnia 2024 r.), który zawiera zakres działalności laboratoryjnej objętej akredytacją w pełnym zakresie wnioskowanym do bieżącej oceny.

- II. Ocena kompetencji osób pobierających próbki wody do spożycia przez ludzi:

Laboratorium przesłało dowody udziału w szkoleniach z tematu „Pobieranie próbek wody do badań laboratoryjnych” zorganizowanych przez WSSE we Wrocławiu dla 2 osób tj.:

- Pana Kamila Body – szkolenie zorganizowane w dniu 26 marca 2021 r.,
- Pana Sebastiana Nawary – szkolenie zorganizowane w dniu 6 grudnia 2023 r.

Pozostałe 3 osoby – Pani Kinga Lazar – Kępa, Pan Dariusz Toczek, Pani Martyna Żarczyńska – są upoważnione do pobierania próbek w ramach posiadanej akredytacji.

Dołączono dokument w formie arkusza excel Tabela Nr 3 „Wykaz osób pobierających próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi do badań laboratoryjnych”, dotyczy pobierania próbek wg normy PN-ISO 5667-5:2017-10 oraz normy PN-EN ISO 19458:2007 (dokument niedatowany, niepodpisany).

- III. W zakresie stosowanych metod badań wnioskowanych do oceny Laboratorium przesłało dokument w formie arkusza excel „TABELA NR 1_Wykaz parametrów i metod badawczych” zawierający zestawienie wartości cech charakterystycznych metod zgłoszonych do oceny dla następujących parametrów:

1. chlor wolny wg PN-EN ISO 7393-2:2018-04 *metoda spektrofotometryczna, zakres stosowania: (0,05 – 2,0) mg/l (metoda akredytowana),*
2. przewodność elektryczna właściwa wg PN-EN 27888:1999, *metoda konduktometryczna, zakres stosowania: (100 – 3000) µS/cm (metoda akredytowana),*
3. pH wg PN-EN ISO 10523:2012, *metoda potencjometryczna, zakres stosowania: (2,0 – 11,0) pH (metoda akredytowana).*

- IV. Potwierdzenie ważności wyników

IV.1. Laboratorium uczestniczyło w badaniach biegłości (PT) w zakresie 3 parametrów zgłoszonych do oceny, uzyskując w większości zadowalające wyniki.

Jako dowody udziału w PT Laboratorium przesłało własne zestawienia tabelaryczne „Zestawienie wyników i oceny badań biegłości wykonanych nie później niż dwa lata od dnia wystąpienia o zatwierdzenie laboratorium” (dokument niedatowany). Badania PT/ILC były realizowane w 2023 r.

Organizatorzy badań to:

- Q-System-Center (Akredytacja PCA Nr PT 012) w zakresie chloru wolnego oraz pH – wyniki zadowalające,
- Eurofins OBKiŚ Sekcja Badań Biegłości (Akredytacja PCA Nr PT 011), w zakresie pH oraz przewodności elektrycznej właściwej (2 tury badań PT).

W jednym przypadku w zakresie pomiaru pH uzyskano wynik wątpliwy tj. z score (-2,79), Laboratorium podjęło odpowiednie działania naprawcze, wzięło ponownie udział w PT uzyskując wynik zadowalający. Dołączono opracowania organizatorów PT dokumentujące wyniki uzyskane przez Laboratorium.

IV.2. Dokumenty „Plany potwierdzenia ważności wyników” w zakresie metod zgłoszonych do zatwierdzenia, obowiązuje w laboratorium od dnia 24 października 2024 r.

IV.3. Laboratorium przedstawiło certyfikaty stosowanych materiałów odniesienia (CRM) w zakresie metod zgłoszonych do zatwierdzenia.

Uzyskane dowody pozwalają na wydanie pozytywnej opinii, w sprawie zatwierdzenia systemu jakości prowadzonych badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Laboratorium Ośrodka Badań Podstawowych, Projektów i Wdrożeń Ochrony Środowiska i Biotechnologii „OIKOS” sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 8, 55-010 Święta Katarzyna zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w zakresie 3 parametrów chemicznych, właściwości fizycznych:

1. chlor wolny wg PN-EN ISO 7393-2:2018-04, *metoda spektrofotometryczna, zakres stosowania: (0,05 – 2,0) mg/l*,
2. przewodność elektryczna właściwa wg PN-EN 27888:1999, *metoda konduktometryczna, zakres stosowania: (100 – 3000) µS/cm*,
3. pH wg PN-EN ISO 10523:2012, *metoda potencjometryczna, zakres stosowania: (2,0 – 11,0) pH*.

Decyzja zatwierdzająca system jakości prowadzonych badań przez Laboratorium Ośrodka Badań Podstawowych, Projektów i Wdrożeń Ochrony Środowiska i Biotechnologii „OIKOS” sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 8, 55-010 Święta Katarzyna zostaje wydana na okres 1 roku, tj. do dnia 10 stycznia 2026 r., zgodnie z regulacją zawartą w art. 12 a ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Od niniejszej decyzji służy Stronie odwołanie do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław, za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu ul. Kleczkowska 20, 50-227 Wrocław, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie obowiązku zawartego w decyzji (art. 130 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu we Wrocławiu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
we Wrocławiu
Paweł Wróblewski

Otrzymują:

1. Adresat (list polecony z zpo)
2. DPWiS we Wrocławiu, ul. M. Curie – Skłodowskiej 73/77, 50-950 Wrocław (*drogą elektroniczną*)
3. HK aa.

Sprawę prowadzi: Anna Mazurek tel. 71 329-58-43 wew. 265.